

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 3 năm 2024

**Kính gửi:** Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức LCNT đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin yêu cầu

#### 1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh
- Địa chỉ: Số 223, Đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại: 02393.856.657

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trần Trà Mi  
Khoa Dược, Phó trưởng khoa Dược-VT&TBYT. ĐT: 0918.885.667.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Phòng Văn thư bệnh viện - 223, Đường Nguyễn Công Trứ, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16 ngày 22 tháng 3 năm 2024 đến trước 17h ngày 26 tháng 3 năm 2024.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2024

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

#### 1. Danh mục vật tư, thiết bị y tế.

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Giường bệnh nhân	Giường bệnh nhân Inox Thông số kỹ thuật chi tiết: - Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau - Thiết bị mới 100% - Tiêu chuẩn chất lượng: + ISO 13485 + ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 - Kích thước: 2050x900x1650mm ±5% - Chất liệu : Inox 201 - Giường bệnh nhân inox kèm theo dát inox và 2 cọc màn chữ U inox gắn liền với đầu và đuôi giường, phần nâng đầu bằng thanh răng từ 0 - 45° - Toàn bộ khung giường làm bằng inox hộp 30x60x0.7mm	15	Bộ

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chân giường làm bằng inox <math>\Phi</math> 32x0.8mm.</li> <li>- Đầu giường được kết cấu đan xen các nan bằng inox ống <math>\Phi</math> 16mm.</li> <li>- Dát giường được liên kết với phần đầu và chân giường bằng 4 nệm chót inox đột dập dày 3 ly.</li> <li>- Đệm giường dày 50mm: Vỏ được làm bằng da Simyli màu ghi, kéo khóa.</li> <li>- Ruột được làm bằng tấm PE không thấm dịch, nước.</li> <li>- Tải trọng: 200kg</li> </ul>		

Bệnh viện rất mong nhận được sự quan tâm của các hãng sản xuất, các nhà cung cấp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, DVT&TBYT.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thị Diễm**